

Configure su dispositivo Airthings en tan solo tres pasos:

1. Descargue la aplicación Airthings Wave, disponible para iOS y Android
2. Cree una cuenta e introduzca su nombre, correo electrónico y ubicación*
3. Siga las sencillas instrucciones de la aplicación para conectar su dispositivo

*Podemos codificar y almacenar de forma segura su información en la Nube de Airthings. Indicar la ubicación es opcional. No obstante, si la proporciona nos ayudará a entender cómo funciona el radón regional y, en última instancia, será posible salvar vidas.

Diversas maneras de contactar fácilmente con Airthings



Internet

Busque en nuestra sección de preguntas frecuentes o contacte directamente con nosotros mediante nuestro formulario de asistencia

support.airthings.com



Por correo electrónico

Envíe un correo electrónico directamente a asistencia técnica a


support@airthings.com



Por teléfono

Servicio de Atención al Cliente en inglés:
US +1 (866) 254-2221
CA +1 (866) 222-2117
Norway +47 21 40 37 62
Global +44 808 169 5752

Abierto de lunes a viernes 7:00-1:00am CET



Redes Sociales

Envíenos mensajes a través de Facebook, Twitter, Instagram o LinkedIn

Airthings
 Airthingsglobal
 Airthings
 Airthings

¿Tiene alguna pregunta o comentario que no hayamos llegado a resolver? ¡Díganoslo!

support.airthings.com

Le damos la enhorabuena por haber dado este importante paso hacia una vida más saludable.


Mediante el seguimiento de los niveles de radón, podrá tomar decisiones más saludables sobre los espacios donde usted pasa más tiempo. Disminuir la exposición al radón reducirá para usted el riesgo de sufrir un cáncer de pulmón.

Airthings Wave le ofrece información detallada sobre los niveles de radón, temperatura y humedad en el teléfono, el Dashboard (cuadro de mandos) de Airthings o simplemente pase la mano por la parte frontal del dispositivo y obtendrá una indicación visual de sus niveles de radón.

Respire mejor, viva mejor,

El Equipo Airthings

Características y contenido



1. Indicador de alimentación
2. Anillo luminoso
3. Sensor de movimiento
4. Entradas de aire
5. Compartimentos de la batería
6. Pestaña de pila de un solo uso
7. Número de serie individual
8. Soporte de montaje
9. Tornillo
10. 2 pilas AA, incorporadas en el dispositivo

Indicador de alimentación

Punto parpadeante cada 20 segundos

Verde: el nivel de la batería es adecuado

Azul: la conexión Bluetooth está activa

Rojo: cambie las pilas

Anillo luminoso

Indicación visual de sus niveles de calidad del aire.



Verde: Buena

Amarillo: Advertencia

Rojo: Peligro

(Vaya a Airthings.com/mylevels si necesita más información sobre sus niveles de acción en calidad del aire)

Entradas de aire

Son el punto por donde el aire entra en el detector.


Alarma sonora

El dispositivo puede emitir avisos sonoros si sus niveles de calidad del aire no cumplen con la cantidad recomendada. En el caso de avisos sonoros, simplemente pase la mano por delante del dispositivo para detenerlos.

Sensor de onda

Basta con que pase la mano por delante de su detector para activar el anillo luminoso.

Fácil de montar



Fije el soporte de montaje en el techo o la pared. Asegúrese de utilizar tornillos adecuados al tipo de pared. Los tornillos incluidos están pensados para madera o cartón-yeso. No lo coloque cerca de respiraderos o ventanas. Distancia mínima 1 metro/3 pies.


Gracias al imán incorporado, basta con que fije la unidad en el soporte de montaje mediante una ligera presión. A continuación, gire hasta llegar a la posición deseada.

Conceptos básicos de la aplicación



*Todas las mediciones del sensor pueden configurarse según el sistema métrico de su país.

Uso diario



Pase la mano por delante de su dispositivo para obtener una indicación visual de sus niveles diarios de radón. Deje su Wave en funcionamiento ininterrumpido durante 1 semana para obtener una lectura de calidad media para radón.




Asegúrese de que el Bluetooth esté siempre activado en su teléfono y de que la aplicación se esté ejecutando en segundo plano. Cada vez que se encuentre dentro del alcance del Bluetooth, los datos más recientes se descargarán automáticamente.


Recibirá notificaciones si se requieren acciones a desde la aplicación.

Integraciones

Airthings Wave comparte datos con su dispositivo móvil, así como el Dashboard (cuadro de mandos) de Airthings, una plataforma en línea gratuita que ofrece acceso inmediato para visualizar, personalizar y analizar los datos de sensor procedentes de diversos dispositivos de Airthings.



Airthings Wave está integrado con IFTTT y Alexa de Amazon. Con Amazon, Alexa, utilice las órdenes de voz para controlar su dispositivo. Gracias a la integración IFTTT los usuarios pueden crear, o acceder a, recetas útiles para que su dispositivo pueda seguir e integrar productos de tercero. Suscríbase a nuestro boletín para estar siempre al día.



Anillo incandescente

Girando: listo para acoplar
Parpadeante: acoplando



La luz azul se utiliza para mostrar el estado de Bluetooth. Cuando gira en azul, el dispositivo está disponible para el acoplamiento; y permanecerá en este modo durante 1 minuto. Dé un ligero golpe sobre el detector para reiniciar el proceso de acoplamiento o verificar el estado. Si su detector ya se ha acoplado, la luz azul emitirá dos parpadeos.

En espera del primer resultado



Tras la instalación correcta, espere hasta 1 hora para recibir la primera medición de radón.

Buena
La calidad del aire es buena
Girando: se está actualizando el software interno



VSu nivel de radón es inferior al recomendado según los niveles de la EPA y la OMS:100 Bq/m³ o 2.7 pCi/L.

Advertencia
Por encima del nivel recomendado,
continúe midiendo



Si el nivel de radón es inferior a 100-150 Bq/m³ o 2.7-4 pCi/L, se necesita una medición más larga para obtener una medición válida.

Peligro
Por encima del nivel recomendado, y deberían tomarse
medidas para reducir sus niveles de radón



Las mediciones están por encima del nivel recomendado. Deben adoptarse medidas para bajar los niveles de radón.

Iconos del sensor



Radón - Debe disminuirse la exposición a este gas radiactivo que se acumula en los edificios y viviendas. Se trata de la primera causa de cáncer de pulmón entre los no fumadores, pero el problema puede resolverse mediante una supervisión continua.




















Humedad - Un nivel de humedad excesivo o insuficiente puede afectar en los síntomas de alergias, resfriados o gripes. Cuando los niveles de humedad son demasiado altos, se generarán moho y podredumbre. Los niveles de humedad bajos generan electricidad estática, sequedad de piel y cabello y mayor susceptibilidad a resfriados y enfermedades respiratorias.



Temperatura: las temperaturas interiores pueden tener impacto en el rendimiento, el estado de ánimo y el nivel de confort. Las pautas de sueño de cada persona también se verán afectadas por la temperatura ambiental interior.

Codificación por colores y niveles de acción

Sensor	Unidad		Color
	US	ROW	
Radón* *Si se mantienen los niveles de radón en rojo durante 1 mes, póngase en contacto con su autoridad sanitaria local	pCi/L	Bq/m ³	Bq/m³:  <100  ≥100 <150  ≥150 pCi/L:  <2.7 pCi/L  ≥2.7 <4  ≥4
Temperatura	°F	°C	Celsius:  <18  ≥18 and ≤25  >25 Fahrenheit:  <64  ≥64 and ≤77  >77
Humedad	%	%	 <25  ≥25 <30  ≥30 <60  ≥60 <70  ≥70

Resolución de problemas

Asegúrese en primer lugar de que haya actualizado a la versión más reciente del software del dispositivo

- En el menú de configuración del dispositivo, escoja actualización de dispositivo.

No pudo conectarse a mi dispositivo

- Asegúrese de que tenga el detector dentro del rango de 2-5 metros o 15 pies.
- Compruebe que Bluetooth esté activado.
- Compruebe si el indicador de alimentación parpadea.

Es necesario desactivar el aviso sonoro

- En la aplicación de iOS vaya al menú de configuración del dispositivo y actualice los ajustes de alarma de radón.
- Pase la mano por delante del detector para desactivar durante 1 mes.

Mi aplicación no se actualiza cuando se ejecuta en segundo plano

- Abra la configuración de su teléfono y verifique que la aplicación Airthings Wave funcione en segundo plano. Normalmente lo encontrará en la sección de administrador de la aplicación de la configuración de su teléfono.
- Asegúrese periódicamente de que se encuentre en el alcance de Bluetooth.

El anillo luminoso no responde

- Compruebe si el indicador de alimentación parpadea.
- Si el indicador de alimentación parpadea en rojo, o no parpadea en absoluto, el nivel de batería es bajo. Primero sincronice sus datos y a continuación sustituya las pilas. Le recomendamos baterías alcalinas tipo AA (LR6).

Si necesita asistencia adicional, consulte nuestra sección de Preguntas más frecuentes o contacte con asistencia técnica en support.airthings.com.

Especificaciones técnicas

Fuente de alimentación: 2 pilas alcalinas AA 1.5V (LR6)
3.0V nominal (2x1.5V)
3.8V maximum, 1.8V
minimum (depleted batteries)
500mA max current draw

Dimensiones: Diámetro: 120 mm (4.72in)
Alto: 36 mm (1.42in)

Peso: Incluye 2 baterías de 225g (7.7 oz)

Entorno operativo y de almacenamiento:

Temperatura: 4 °C (39 °F) a +40 °C (104 °F)
Humedad relativa: < 85%

Precisión inicial/precisión de radón a 100 Bq/m³ (2.7 pCi/L):
7 días < 10%
2 meses < 5%

Rango de medición: 0 Bq/m³ a 50,000 Bq/m³
(0 pCi/L a 1350 pCi/L)

En la primera semana, la exactitud de los niveles de la onda Airthings Plus están dentro del 10% con una desviación estándar, medido a 100 Bq/m³ (2.7 pCi/L). Transcurrido un mes, la precisión aumenta drásticamente hasta un máximo del 5% con una desviación estándar, medido a 100 Bq/m³ (2.7 pCi/L). A medida que el dispositivo recopila datos, la precisión de las lecturas aumenta drásticamente.

Todos los detectores Airthings se han verificado directamente en comparación con el dispositivo de referencia AlphaGUARD, el índice de comprobación profesional de referencia en cuanto a radón, tomado como referencia por todos los detectores y test de radón.

Seguridad y mantenimiento

El Airthings Wave Plus está diseñado para el uso exclusivamente en interiores. Evite la exposición directa y prolongada a la luz solar. Evitar la exposición a fuentes de calor directo. Para su uso correcto, asegúrese de que el detector esté funcionando en el rango de temperatura especificado (vea las especificaciones técnicas).

La exposición a la humedad alta puede alterar permanentemente la sensibilidad del detector o dañarlo.

No lo desmonte. Si el detector no funciona según lo especificado o si tiene alguna duda, póngase en contacto con su distribuidor local o visítenos en [Airthings.com](https://airthings.com).

Utilice un paño seco para limpiar el detector.

Al reemplazar las baterías, fíjese en las indicaciones de los polos. Utilice pilas alcalinas AA (LR6).

Ajuste siempre el soporte de montaje a la parte trasera del detector para proteger las pilas, incluso cuando el detector no esté montado de un modo definitivo.

Eliminación: como los equipos electrónicos.

Limitación de responsabilidad

Este instrumento se ha probado y su calidad se garantiza por la producción. Cumple con los valores de precisión establecidos en las especificaciones.

Le recomendamos que lo mantenga constantemente activado y con las pilas en su lugar hasta que se agoten.

Airthings AS declina toda responsabilidad por los daños relacionados con los fallos o pérdidas de datos derivados de operaciones y manejos inadecuados del instrumento.

Términos y condiciones

airthings.com/terms-use-privacy/

Para otros idiomas o preguntas adicionales vaya a support.airthings.com

La palabra marca Bluetooth y sus logotipos son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y su uso por Airthings está sujeto a licencia.

Copyright Airthings AS 2018

